Sondage intermittent *Homme et Adolescent*

Ce document n'est pas une ordonnance

Cocher la référence prescrite et joindre cette feuille à l'ordonnance

Nom et prénom du patient :..... Date :.....

.....

SpeediCath Compact



Boîte de 30 sondes

Homme droite 30 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 12/18	286920	5708932472623

SpeediCath Flex



Format de poche - Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 10	289100	5708932124263
☐ 12	289120	5708932124355
☐ 14	289140	5708932124447

SpeediCath Standard



Boîte de 30 sondes

Homme droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 08	274080	5708932505772
☐ 10	274100	5708932505796
☐ 12	274120	5708932505819
☐ 14	274140	5708932505833
☐ 16	274160	5708932505857
☐ 18	274180	5708932505871

Boîte de 30 sondes

Homme béquillée 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 10	274900	5708932505895
☐ 12	274920	5708932505918
☐ 14	274940	5708932505932

Boîte de 30 sondes

Adolescent droite 30 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 08	276080	5708932506052
☐ 10	276100	5708932506076
☐ 12	276120	5708932506090

SpeediCath Control

Boîte de 30 sondes

Homme droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 12	272120	5708932505758

SpeediCath Compact Set



Boîte de 20 sets

Homme droite 30 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 12/18	284221	5708932533515

SpeediCath Flex



Format standard - Boîte de 30 sondes

Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 10	289200	5708932700252
☐ 12	289220	5708932700283
☐ 14	289240	5708932700313
☐ 16	289160	5708932124539

SpeediCath Flex Set



Poche graduée de 1 L - Boîte de 30 sets

Homme nelaton/droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 10	289310	5701780227971
☐ 12	289320	5701780227995
☐ 14	289340	5701780228015
☐ 16	289360	5701780228039

EasiCath Set



Boîte de 30 sets

Homme droite 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 10	280069	5701780175753
☐ 12	280079	5701780175784
☐ 14	280089	5701780175814
☐ 16	280099	5701780175456
☐ 18	280109	5701780175463

Boîte de 30 sets

Homme béquillée 40 cm

CH	Référence	GTIN
☐ 12	280179	5701780175500
☐ 14	280189	5701780175517
☐ 16	280199	5701780175524

Poche Conveen



Boîte de 30 poches

	Référence	GTIN
0,75 l tub. 50 cm ajustable	051670	5708932498265

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 208C - PM-20647 - Janvier 2023 - PS

Conseils d'utilisation

AVANT TOUTE MANIPULATION se laver les mains à l'eau et au savon. Nettoyer soigneusement le pénis à l'eau et au savon. Normalement une toilette quotidienne est suffisante. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

SpeediCath Compact Homme

Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi



1 Tenir la sonde verticalement en maintenant la partie avec le bouchon vers le haut. Dévisser en tournant les deux parties en direction opposée.



2 Tenir le connecteur blanc et sortez la sonde. Vous pourrez sentir une légère résistance en sortant la sonde.



3 Après utilisation, vous pouvez remettre la sonde dans son emballage. Une fois dedans, elle ne pourra pas être reutilisée.

SpeediCath Flex

Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi



1 Ouvrir l'emballage et sortir la sonde. Tenir les deux poignées turquoises et ouvrir la sonde en dévissant dans le sens indiqué par la flèche.



2 Vider l'eau présente dans la gaine par le connecteur dans les toilettes ou dans un lavabo avant de réaliser le sondage. Il est également possible de connecter une poche à urine ; dans ce cas, l'eau s'écoulera directement dans la poche.



3 Saisir la poignée turquoise où se trouve l'extrémité de la sonde et insérer la sonde dans le méat urinaire. Puis à l'aide de la gaine, poursuivre l'insertion tout le long de l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.



4 Après utilisation, refermer la sonde en revissant les deux poignées turquoises. La sonde peut alors être replacée dans son emballage refermable pour une élimination en toute discrétion.

SpeediCath Compact Set

Sets de sondage compacts, hydrophiles autolubrifiés prêts à l'emploi



1 Dévisser le capuchon et le retirer.



2 Déplier la poche.



3 Retirer la sonde en la dévissant.



4 Redresser le pénis d'une main pour étendre le canal de l'urètre. Insérer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.



5 Lorsque l'urine cesse de couler, ressortir la sonde d'environ 1 à 2 cm. Si l'urine recommence à couler, attendre qu'elle s'arrête. Puis tirer à nouveau sur la sonde pour la sortir de 1 à 2 cm. Lorsque la vessie est vide, retirer la sonde.



6 Refermer la sonde en la revissant à son tube.



7 Ouvrir la poche à urine en déchirant la partie prédécoupée du set.



8 Vider la poche dans les toilettes.

SpeediCath Flex Set

Sets de sondage hydrophiles autolubrifiés prêt à l'emploi



1 Ouvrez l'emballage. Retirez la sonde.



4 Soulevez votre pénis d'une main pour redresser votre urètre. Tout en soutenant votre pénis, guidez l'extrémité de la sonde dans l'orifice urétral.



2 Cassez la languette à l'intérieur de la poche pour drainer la solution aqueuse de la gaine dans la poche. Tenez la sonde bien droite vers le haut et glissez vos doigts vers le bas de la gaine pour drainer les dernières gouttes de solution aqueuse dans la poche.



5 Une fois l'extrémité insérée dans l'urètre, tenez votre pénis et la poignée turquoise de la même main. De l'autre main, commencez à tirer sur de la gaine pour insérer la sonde vers la vessie. Une fois que l'urine commence à s'écouler dans la poche, arrêtez l'insertion de la sonde. Soutenez la poche pendant qu'elle se remplit d'urinequ'elle se remplit d'urine



3 Ouvrez la sonde en dévissant le capuchon turquoise. La sonde est alors prête à l'emploi.



Vidange de la poche
Ouvrez la poche en tirant horizontalement sur la languette prévus à cette effet.
Videz la poche en utilisant les poignées du haut et du bas comme support.

Il est conseillé au patient de s'adresser à son professionnel de santé en cas d'infection urinaire s'accompagnant de symptômes tels que fièvre, gêne au moment de vidanger la vessie, envies fréquentes d'uriner ou sang dans les urines. L'autosondage ne doit être pratiqué que sous avis médical et sur prescription d'un médecin ou d'un infirmier. Respecter toujours les instructions des professionnels de santé. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Une question ? Besoin d'aide ?

sur l'utilisation des sondes SpeediCath, veuillez contacter Coloplast :

Toute l'équipe du **Service Relations Utilisateurs** est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

par téléphone au : 0 800 01 58 68 Service & appel gratuits

par e-mail à : **contact.france@coloplast.com**

Produits stériles à usage unique. Ne pas restériliser. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité. * Sérum physiologique stérile.

Sondage intermittent *Femme et Enfant*

Ce document n'est pas une ordonnance

Cocher la référence prescrite et joindre cette feuille à l'ordonnance

Nom et prénom du patient : ..... Date : .....

.....

SpeediCath Compact Eve

Boîte de 30 sondes
Femme nelaton/droite 9 cm





CH	Référence	GTIN
☐ 10	281100	5708932587549
☐ 12	281120	5708932567756
☐ 14	281140	5708932587570

SpeediCath Compact Plus

Boîte de 30 sondes
Femme droite 9 cm





CH	Référence	GTIN
☐ 10	288100	5708932439275
☐ 12	288120	5708932439299
☐ 14	288140	5708932439312

SpeediCath Compact

Boîte de 30 sondes
Femme / Fille droite 7 cm





CH	Référence	GTIN
☐ 06	285760	5708932414586
☐ 08	285780	5708932416450
☐ 10	285800	5708932156721
☐ 12	285820	5708932156745
☐ 14	285840	5708932156769

Poche SpeediCath Compact

Boîte de 30 poches





	Référence	GTIN
0,75 l tub. 25 cm	210420	5708932185240
0,75 l tub. 50 cm	210860	5708932425216

Poche Conveen

Boîte de 30 poches





	Référence	GTIN
0,75 l tub. 50 cm ajustable	051670	5708932498265

SpeediCath Compact Set

Boîte de 20 sets
Femme droite 9 cm





CH	Référence	GTIN
☐ 10	285201	5708932557269
☐ 12	285221	5708932533546
☐ 14	285241	5708932544870

SpeediCath Standard

Boîte de 30 sondes
Femme droite 20 cm





CH	Référence	GTIN
☐ 8	275080	5708932505956
☐ 10	275100	5708932505970
☐ 12	275120	5708932505994
☐ 14	275140	5708932506014
☐ 16	275160	5708932506038

Boîte de 30 sondes
Enfant droite 20 cm



CH	Référence	GTIN
☐ 06	277060	5708932506113
☐ 08	277080	5708932506137
☐ 10	277100	5708932506151

EasiCath Set



Boîte de 30 sets
Femme droite 20 cm



CH	Référence	GTIN
☐ 08	280019	5701780175630
☐ 10	280029	5701780175661
☐ 12	280039	5701780175692
☐ 14	280049	5701780175722
☐ 16	280149	5701780175494

Boîte de 3 0 sets
Enfant droite 20 cm



CH	Référence	GTIN
☐ 08	280129	5701780175470
☐ 10	280139	5701780175487

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 208C - PM-20647 - Janvier 2023 - PS

Conseils d'utilisation

AVANT TOUTE MANIPULATION se laver les mains à l'eau et au savon. Nettoyer soigneusement le méat urinaire à l'eau et au savon. Normalement une toilette quotidienne est suffisante. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

SpeediCath Compact Eve

Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi, de forme triangulaire pour une manipulation facilitée



1 Tenir la sonde verticalement de sorte que la poignée de préhension (extrémité la plus large) soit orientée vers le haut.



2 Dévisser en tournant les deux parties en direction opposée. Tirer la poignée jusqu'à sentir une résistance. Continuer à tirer délicatement jusqu'à ouverture complète de la sonde.



3 Pour s'assurer que la sonde est bien ouverte, vérifier que le corps de la sonde est totalement sorti.



4 Insérer délicatement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.



5 La sonde peut être refermée hermétiquement après usage pour un transport facilité ou une élimination plus pratique.

SpeediCath Compact Set

Sets de sondage compacts, hydrophiles autolubrifiés prêt à l'emploi



1 Dévisser le capuchon et le retirer.



2 Déplier la poche.



3 Retirer la sonde en la dévissant.



4 Insérer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.



5 Lorsque l'urine cesse de couler, ressortir la sonde d'environ 1 à 2 cm. Si l'urine recommence à couler, attendre qu'elle s'arrête. Lorsque la vessie est vide, retirer la sonde.



6 Refermer la sonde en la revissant à son tube.



7 Ouvrir la poche à urine en déchirant la partie pré-découpée du set.



8 Vider la poche dans les toilettes.

SpeediCath Compact et SpeediCath Compact plus

Sondes compactes, hydrophiles autolubrifiées prêtes à l'emploi



1 Tenir la sonde verticalement en maintenant la partie la plus fine vers le bas. Déchirer le film plastique en tournant les deux parties en direction opposée.



2 En maintenant toujours la sonde verticale, séparer les deux parties en tirant doucement (sinon risque d'éclaboussures) sur chacune d'elles jusqu'à voir apparaître les 2 ergots, puis libérer la sonde.

3 Insérer délicatement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler. Une fois la vessie vidée, ressortir doucement la sonde et la jeter. Vider la poche en abaissant la partie grise du robinet de vidange.

Il est conseillé au patient de s'adresser à son professionnel de santé en cas d'infection urinaire s'accompagnant de symptômes tels que fièvre, gêne au moment de vidanger la vessie, envies fréquentes d'uriner ou sang dans les urines. L'autosondage ne doit être pratiqué que sous avis médical et sur prescription d'un médecin ou d'un infirmier. Respecter toujours les instructions des professionnels de santé. Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Produits stériles à usage unique. Ne pas restériliser. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité. * Sérum physiologique stérile.

Une question ? Besoin d'aide ?

sur l'utilisation des sondes SpeediCath, veuillez contacter Coloplast :

Toute l'équipe du **Service Relations Utilisateurs** est à votre écoute du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

par téléphone au : 0 800 01 58 68 Service & appel gratuits

par e-mail à : **contact.france@coloplast.com**