


# Planches anatomiques



Document réservé à l'usage de professionnels de santé.


Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée  
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France  
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362  
SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362  
[pro.coloplast.fr](http://pro.coloplast.fr) Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 2477C - Février 2022 - PS




Coloplast®  
Professional

# ♀ Appareil urinaire féminin




**L'urètre de la femme est court. Il mesure 3 à 5 cm.**

L'orifice par lequel s'écoule l'urine (appelé le méat) est le premier orifice en partant de l'avant. Il se situe entre le clitoris et le vagin.



# ♂ Appareil urinaire masculin



L'urètre de l'homme mesure en moyenne 22,4 cm. Extrêmes : 15 à 29 cm.\*

Figure 1 :  
Il présente 2 courbures.

Figure 2 :

- Pour faciliter l'insertion de la sonde, tenir la verge vers le haut pour effacer la 1<sup>ère</sup> courbure.
- En cas de résistance au passage de la sonde, choisir une sonde plus rigide qui facilite le passage de la 2<sup>ème</sup> courbure et de la prostate.




Figure 2 - Vue de profil

\*Kohler T.S. et al. The length of the male urethra. Int. braz j urol. July/Aug 2008; 34(4). La longueur de l'urètre a été mesurée chez 109 hommes. Résultats : Longueur moyenne 22,4±2,4 cm. Extrêmes : 15 à 29 cm.